УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «5» декабря 2021 г.
№ ПК1-1867

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311222

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний во Владимирской области"
(ФБУ "Владимирский ЦСМ")

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

600022, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 73;
600009, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 10;
600014, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 8а, помещ. 207;
602265, Россия, Владимирская обл., г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 52;
601505, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, д. 56, каб. 1-7.

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

БЗ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5	6
600022, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 73					
1	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Средства измерений влажности газов, гигрографы, каналы контроля относительной влажности и температуры	(0…100) % температура точки росы (-20…+60) °С (-50…+180) °С	ПГ ± (1…25) % ПГ ± (0,8…5) °С ПГ ± (0,2…1) °С	
2	Теплофизические и температурные измерения	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков	(0…180) °С Δt = (1…170) °С	КД АА, А, В, С ПГ ± $(0,5+3\cdot\Delta t_{min}/\Delta t)$ %	
600009, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 10					
3	Измерения геометрических величин	Средства допускового контроля	(0,1… 1000) мм	ПГ ± 1 мкм	
4	Измерения геометричес-	Приборы для определения числа	(20… 260) мм (60… 900) с	ПГ ± 0,01 мм ПГ ± 1 с	

1	2	3	4	5	6
	ких величин	падений			
5	Измерения геометричес-ких величин	Средства измерений угла наклона и силы света световых пучков фар автомобилей	(0…6) ° (0…150000) кд	ПГ ± (1…3)' ПГ ± 15 %	
6	Измерения геометричес-ких величин	Стенды для контроля и регулировки угла установки колес автомобилей - развал колес - угол продольного наклона оси поворота колес - угол поперечного наклона оси поворота колес - схождение колес	± 10 ° ± 20 ° ± 20 ° ± 10 °	ПГ ± 3' ПГ ± 5' ПГ ± 5' ПГ ± 3'	
7	Измерения геометричес-ких величин	Ростомеры медицинские	(0…2200) мм	ПГ ± (4…5) мм	
8	Измерения механических величин	Гири (меры массы)	$(1\cdot10^{-5}…20)$ кг	1 разряд; КТ Е2	
9	Измерения механических величин	Весы неавтоматического действия	$(1\cdot10^{-6}...2\cdot10^{-2})$ кг	ПГ ± (0,5…3,0)е	
10	Измерения механических величин	Весы конвейерные непрерывного действия	$(10…2{,}5\cdot10^{2})$ кг/м	ПГ ± (0,5…5,0) %	
11	Измерения механических величин	Весы для взвешивания транспортных средств в движении	$(1\cdot10^{2}…1\cdot10^{5})$ кг	ПГ ± (0,10…16) %	
12	Измерения механических величин	Весы автоматического действия, автоматические весоизмерительные устройства	$(1\cdot10^{-6}…2\cdot10^{4})$ кг	КТ XI, XII, XIII, XIIII; КТ Y(I), Y(II), Y(a), Y(b); ПГ ± (0,5…3,5)е	
13	Измерения механических величин	Весы и дозаторы весовые автоматические дискретного действия	$(1\cdot10^{-3}…5\cdot10^{-1})$ кг $(2\cdot10^{3}…1\cdot10^{4})$ кг	ПГ ± (0,1…18) %	
14	Измерения механических величин	Дозаторы весовые непрерывного действия	$(630…1\cdot10^{3})$ кг/ч	ПГ ± (0,25…2) %	
15	Измерения механических величин	Устройства, комплексы весоизмерительные	$(1\cdot10^{-4}…1\cdot10^{5})$ кг	ПГ ± (0,5…3,0)е	

1	2	3	4	5	6
16	Измерения механических величин	Компараторы массы	$(1\cdot10^{-6}…40)$ кг	СКО $(2\cdot10^{-3}...1,5)$ мг	
17	Измерения механических величин	Машины испытательные разрывные	$(50…5\cdot10^{5})$ Н	ПГ ± (0,5…1) %	
18	Измерения механических величин	Машины и установки испытательные, прессы	$(2…2\cdot10^{6})$ Н $(0…2\cdot10^{3})$ мм	ПГ ± (0,5…1) % ПГ ± (0,03…0,05) мм	
19	Измерения механических величин	Измерители силы натяжения арматуры	(0,1…5) кН	ПГ ± 1 %	
20	Измерения механических величин	Машины для испытаний на кручение	(0,5…1500) Н·м	ПГ ± (1…8) %	
21	Измерения механических величин	Комплексы аппаратно-программные и системы измерительные с автоматической фотовидеофикса-циейдля измерения скорости движения транспортных средств (периодическая поверка)	(1…300) км/ч (0…24) ч	ПГ ± 1 км/ч синхронизация времени относительно шкалы UTC (SU) ПГ ± 1 мс	
22	Измерения механических величин	Комплексы измерительно-вычислительные и системы измерительные	(0…50) МПа (0…140) мм (0…500) кН	ПГ ± (0,5…1) % ПГ ± (0,2…0,5) % ПГ ± (0,5…1) %	
23	Измерения механических величин	Стенды для проверки тормозных систем автомобилейсфункц иейизмерений перемещения	(0…100) кН ± 50 мм	ПГ ± (1…5) % ПГ ±(1…5)%	
24	Измерения механических величин	Граммометры	(0,05…3) Н	ПГ ± 4 %	
25	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Дозаторы пипеточные одноканальные и многоканальные, пипетки, микропипетки, бюретки, микробюретки, шприцы, микрошприцы	$(1\cdot10^{-4}…1,2\cdot10^{3})$ мл	ПГ ± (12,0...0,1) %	
26	Измерения давления, вакуумные измерения	Манометры, мановакуумметры, манометры дифференциальные,	ВПИ (0,04…60) МПа (0,4...600) кгс/см²	КТ (0,6…4,0)	

1	2	3	4	5	6
		показывающие и самопишущие			
27	Измерения давления, вакуумные измерения	Преобразователи давления измерительные	ВПИ (0,04…60) МПа (0,4...600) кгс/см²	ПГ± (0,1...4) %	
28	Измерения давления, вакуумные измерения	Манометры и вакуумметры, деформационные образцовые с условными шкалами	ВПИ (-0,1…60) МПа (-1...600) кгс/см²	КТ (0,15…0,4)	
29	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы и измерители влажности весовые, влагомеры весовые, анализаторы термогравиметрические, анализаторы влажности галогенные	(0…100) % (0,02…200) г	ПГ ± (0,01…6) % ПГ ± (0,5 …2,0) мг	
30	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Средства измерений влажности зерна, зернопродуктов, сельскохозяйственного сырья	(0…100) %	ПГ ± (0,02…5) %	
31	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Влагомеры нефти и нефтепродуктов	массовая доля влаги (0…50) млн$^{-1}$	ПГ ± 2,5млн$^{-1}$	
32	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы качества молока	массовая доля жира (0…45) % массовая доля белка (0…6) % массовая доля лактозы (0…6) % массовая доля сухого вещества (0…57) % точка замерзания (-0,60…-0,49) °С	ПГ ± (0,10…0,33) % ПГ ± (0,10…0,15) % ПГ ± (0,15…0,20) % ПГ ± (0,3…0,4) % ПГ ± (0,01…0,02) %	
33	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Титраторы, анализаторы титрометрические	(1·10^{-3}…100) % (0,01…500) мг (0,01…14) pH (0…1000) мСм/см	ПГ ± (0,5…10) % ПГ ± 0,04 pH ПГ ± 5%	
34	Измерения физико-	Системы для проведения	(340…710) нм (1…50)г/кг ДНК	ПГ± (25…30) % СКО 15%	

1	2	3	4	5	6
	химического состава и свойств веществ	полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, ПЦР анализаторы	(5…500) нмоль/л флуоресцеина (0…100) RFU (0…10,000) RFU (1…100) усл. ед. (4…100)° С	СКО±5 % Отклонение от линейности ±20 % ПГ ± 0,03 °С	
35	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Хроматографы жидкостные, газовые	(0…100) % (по содержанию компонентов)	СКО (0,01…15,0) %	
36	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Хромато-масс-спектрометры, масс-спектрометры, детекторы масс-селективные	(0,3…3000) а.е.м.	СКО (0,4…10) %	
37	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Солемеры	(0…400) г/л	ПГ ± (1…30) %	
38	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Ацидогастромони-торы, ацидогастрометры	(1,1…9,2) pH	ПГ ± (0,1…0,5)pH	
39	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы гематологические	Hb (0…300) г/дм³ RBC (0…10·10^{12})1/дм³ WBC (0…100)·10^{10} 1/дм³	ПГ ± (2,0…15) % СКО (1…15) %	
40	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы глюкозы, лактата	(0,5…50) ммоль/дм³	ПГ ± 5 % СКО (1…15)%	
41	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы мочи	концентрация белка (0,1…20,2) г/л концентрация глюкозы (1,0…56,0) ммоль/л плотность (1,0…1,04) г/мл RBC (5-300) мкл$^{-1}$ RBC (1·10^{6}…5·10^{9}) 1/л (дм³)	ПГ ± (10…20) % СКО 5 %	
42	Измерения физико-	Анализаторы pH, гематокрита,	(1,1…9,2) pH	ПГ ± 0,05 pH СКО 5 %	

1	2	3	4	5	6
	химического состава и свойств веществ	электролитов,газов крови, КЩС	(0,1…550,0) ммоль/л (ммоль/дм^3)	ПГ ± 10 % СКО (0,03…1,2) ммоль/л СКО (1…10) %	
43	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы биохимические, иммунодиагности-ческие	(0…4) Б (0…375) ммоль/л (ммоль/дм^3) (0…10) г/дм³(г/л)	СКО 0,0005 Б ПГ ± 7 % СКО 1%	
44	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Коагулометры, анализаторы свертывания крови, анализаторы показателей гемостаза	(3…1500) с (0…2,5) Б (36,5…37,5) °С	ПГ ± (0,1…3,0) с ПГ ± 3 % СКО 0,4 с СКО (2…5) %	
45	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Анализаторы температуры вспышки	(20…400)°С	ПГ ± (3…15) %	
46	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Анализаторы температуры плавления	(25…199) °С (200…350) °С	ПГ± 0,2 ПГ±0,5	
47	Измерения времени и частоты	Оксиметры пульсовые, модули пульсоксиметрии комплексных медицинских изделий, измерительные каналы сатурации, измерительные каналы частоты пульса	SpO_2 (0…100) % ЧП (15…350) мин$^{-1}$	ПГ ± 1,5 % ПГ ± (1…3) мин$^{-1}$	
48	Измерения времени и частоты	Модули (средства) измерений частоты дыхания импедансным методом комплексных медицинских изделий	ЧД (2…150) мин$^{-1}$	ПГ ± 1 мин$^{-1}$	
49	Измерения времени и	Измерители артериального	ЧП (20…200) мин$^{-1}$	ПГ ± (2…3) мин$^{-1}$	

1	2	3	4	5	6
	частоты	давления неинвазивные, мониторы артериального давления суточные, модули неинвазивного измерения давления комплексных медицинских изделий, модули измерения частоты пульса	(20…300) мм рт. ст.	ПГ ± (2...3) мм рт. ст.	
50	Измерения времени и частоты	Электрокардиографы, электрокардиоскопы, электрокардиоанализаторы, ЭКГ мониторы суточные, электрокардиографические модули комплексных медицинских изделий	(0,03…10) мВ (0,01…600) Гц (30…300) мин$^{-1}$	ПГ ± (3…30) % ПГ ± 1,5 % ПГ ± (0,3…7) %	
51	Измерения электрических и магнитных величин	Амперметры постоянного тока цифровые	($1\cdot10^{-8}$…$1\cdot10^{-6}$) А	ПГ ± (0,05…1,0) %	
52	Измерения электрических и магнитных величин	Амперметры переменного тока цифровые	($2\cdot10^{-4}$…20) А (10…40)Гц (1000…30000) Гц	ПГ ± (0,1…4) %	
53	Измерения электрических и магнитных величин	Ваттметры однофазные	(0,01…15) Вт (10…30000) Гц (15…6000) Вт (10…40) Гц (1000…30000) Гц (6000…1000000) Вт (10…10000) Гц	КТ (0,2…10) ПГ ± (0,2…10) % КТ (0,2…10) ПГ ± (0,2…10) % КТ (2…10) ПГ ± (2…10) %	
54	Измерения электрических и магнитных величин	Ваттметры постоянного тока	(20000…1000000) Вт	ПГ ± (2…10) %	
55	Радиотехнические и радиоэлектронные измерения	Осциллографы цифровые, запоминающие	(0…600) МГц 0,1 мВ/дел…50 В/дел	ПГ ± $1\cdot10^{-4}$ ПГ ± 0,5 %	
56	Радиотехнические и	Генераторы сигналов	0,01 Гц…10 МГц 1 мкВ…20 В	ПГ ± $1\cdot10^{-6}$ ПГ ± (0,5…10) %	

1	2	3	4	5	6
	радиоэлект-ронные измерения	специальной и сложной формы			
57	Радиотехни-ческие и радиоэлект-ронные измерения	Комплексы измерительные для определения импульсного сопротивления контуров заземления и измерения параметров импульсных электромагнитных помех (с целью определения качества выполнения заземляющего устройства).	Амплитуда импульсов напряжения (0,5…200) В Амплитуда импульсов тока (1…20) А	ПГ ± 10 % ПГ ± 10 %	
58	Радиотехни-ческие и радиоэлект-ронные измерения	Системы измерения параметров кабелей связи и сигнально-блокировочных кабелей	(0,75…1200) Ом (0…9,999) нФ (10…99,99) нФ (100…500) нФ (0,0035…200) ГОм (40…90) дБ 0,8 кГц, (10…1024) кГц (0…50) дБ 0,8 кГц, (10…1024) кГц (500…3000) В	ПГ ± 0,2% ПГ ± (0,5%+2 пФ) ПГ ± (0,5%+10 пФ) ПГ ± (0,5%+100 пФ) ПГ ± (10…20) % ПГ ± 1 дБ ПГ ± 0,5 дБ ПГ ± 3 %	
59	Измерения акустических величин	Виброметры и виброизмерительные преобразователи, виброметры с пьезоэлектрическими преобразователями, системы вибрационные информационно-измерительные и управляющие, акселерометры	(2…7000) Гц (0,3...490) м/с^2 (1…1000) мм/с (3...12·10^3) мкм	ПГ ± (1,5...5) %	
60	Оптико-физические измерения	Рефрактометры–	(0…100) % BRIX	ПГ ± (0,1…0,5) %	

1	2	3	4	5	6
61	Оптико-физические измерения	Спектрофотометры ИК - области (спектрофотометры ИК области спектра излучения, Фурье - спектрометры ИК - диапазона) и другие СИ аналогичного назначения	(200…20000) $см^{-1}$ (0…100) %	ПГ ± 0,01 $см^{-1}$ ПГ ± (0,5…2) %	
62	Измерительные системы и элементы измерительных систем	Измерительные системы, измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных, измерительно-управляющих, измерительно-контрольных систем в соответствии с областью аккредитации по видам измерений	В соответствии с областью аккредитации по видам измерений	В соответствии с областью аккредитации по видам измерений	
600014, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 8а, помещ. 207					
63	Измерения электрических и магнитных величин	Счетчики электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные (статические и индукционные)	(0,01…120) А (10…480) В (45…65) Гц	КТ (0,2…2)	
602265, Россия, Владимирская обл., г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 52					
64	Измерения геометрических величин	Толщиномеры покрытий	(0,02…3,00) мм	ПГ ± (0,03·Н + 1) мкм	
65	Измерения геометрических величин	Сита лабораторные	(0,04…2,8) мм (3…200) мм	ПГ ± (0,004…0,25) мм ПГ ± (0,1…0,8) мм	
66	Измерения геометрических величин	Угольники поверочные 90°	(60…400) мм	КТ 1; КТ 2	
67	Измерения геометрических величин	Ростомеры медицинские	(0…2200) мм	ПГ ± (4…5) мм	
68	Измерения механических величин	Весы неавтоматического действия	$(1·10^{-6}…5·10^{-2})$ кг	ПГ ± (0,5…3,0) е	

1	2	3	4	5	6
69	Измерения механичес-ких величин	Весы и дозаторы весовые автоматические дискретного действия	$(1\cdot10^{-3}\ldots3\cdot10^{3})$ кг	ПГ ± (0,1…18) %	
70	Измерения механичес-ких величин	Машины испытательные, прессы, стенды	$(50\ldots2\cdot10^{6})$ Н	ПГ ± (0,5…2) %	
71	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Мерники металлические эталонные (образцовые)	2000 $дм^3$	2 разряд, ПГ ± (0,05…0,1) %	
72	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Мерники технические	2000 $дм^3$	1 класс, ПГ ± 0,2 % 2 класс, ПГ ± 0,5 %	
73	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Установки поверочные средств измерений объема и массы	2000 $дм^3$ (1…2000) кг	ПГ ± 0,05 % ПГ ± 0,04 %	
74	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Аспираторы для отбора и измерения проб воздуха, насосы пробоотборные ручные	(0,2…100) $дм^3$/мин (0,1...9900) $дм^3$	ПГ ± 2,5 %	
75	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ	Системы измерительные уровня, температуры, плотности (уровнемеры)	(0...30) м (-50…125) °С (630...1010) кг/$м^3$	ПГ ± (1…5) мм ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 1,0 кг/$м^3$	
76	Измерения давления, вакуумные измерения	Манометры, преобразователи давления измерительные	ВПИ (60…250) МПа (600…2500) кгс/$см^2$	КТ (0,6…4)	
77	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы и измерители влажности весовые, влагомеры весовые	(0…100) %	ПГ ± (0,01…6) %	
78	Измерения физико-химического состава и	Вискозиметры условной вязкости	(12…300) с	ПГ ± 3 %	

1	2	3	4	5	6
	свойств веществ				
79	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Средства измерений содержания компонентов в газовых средах: - газоанализаторы, сигнализаторы для определения окиси углерода CO - газоанализаторы, сигнализаторы для определения метана CH_4 - газоанализаторы, сигнализаторы для определения пропана (C_3H_8) - газоанализаторы, сигнализаторы для определения кислорода (O_2) - газоанализаторы, сигнализаторы для определения окиси углерода (CO) - газоанализаторы, сигнализаторы для определения двуокиси углерода (CO_2) - газоанализаторы, сигнализаторы для определения пропана (C_3H_8)	(0…300) мг/м^3 (0…5,0) % (0…100) НКПР (0...1,7) % об. дол. (0...100) % НКПР от 0 до 30 % об. дол. от 0 до 3,3 % об. дол. св. 3,3 до 7,0 % об. дол. от 0 до 16 % об. дол. от 0 до 15000 млн$^{-1}$	ПГ ± 20% ПГ ± 5,0 мг/м^3 ПГ ± 10% ПГ ± (3…5) % НКПР ПГ ± 5 % НКПР до 50 % НКПР ПГ ± 10 % свыше 50 % НКПР ПГ ± 0,1 % об. дол. ПГ ± 3 % ПГ ± 0,2 % об. дол. ПГ ± 6 % ПГ ± 0,5 % об. дол. ПГ ± 4 % ПГ ± 5 %	
80	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Газоанализаторывых лопа транспортных средств: - канал измерения концентрации газов - канал измерения числа оборотов - канал измерения дымности - канал измерения температуры масла	(0…7) % об.дол. CO (0…16) % об. дол. CO_2 (0…30) % об. дол. O_2 (0…15000) млн$^{-1}$ C_3H_8 (0…8000) об/мин N(0…100) %T (25…125) °C	ПГ ± (1…6) % ПГ ± (1…6) % ПГ ± (1…6) % ПГ ± (1…6) % ПГ ± 2,5 % ПГ ± 1,0 %T ПГ ± 2 °C	
81	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Титраторы, анализаторы титрометрические	± 20 pH (pX) ± 2000 мВ (0…100) °C	ПГ ± 0,01 pH (pX) ПГ ± 1 мВ ПГ ± 1 °C	

1	2	3	4	5	6
82	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы, спектрометры эмиссионные	(119…1050) нм	СКО (3…5) %	
83	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Ацидогастромони-торы, ацидогастрометры	(1,1…9,2) pH	ПГ ± (0,1…0,5) pH	
84	Измерения физико-химического состава и свойств веществ	Анализаторы и фотометры иммуноферментные, биохимические, анализаторы ферментной активности крови и биожидкостей	(0…4,0) Б (1…100) %Т	ПГ ± (0,007…0,2) Б ПГ ± (1,0…5,0) % Т	
85	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Термометры эталонные	(-40…300) °С	3 разряд ПГ ± (0,02…2,0) °С	
86	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Термометры	(-40…1100) ºС	ПГ ± (0,02…15,0) °С	
87	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Термостаты	(-40…300) ºС	ПГ ± (0,0025+0,00005·t) ºС	
88	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Термометры медицинские стеклянные	(32…44) ºС	ПГ ± 0,1 ºС	
89	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Термометры медицинские инфракрасные	(32…44) ºС	ПГ ± 0,1 ºС	
90	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Пирометры инфракрасные	(-40…1100) ºС	ПГ ± 1 ºС	
91	Теплофизи-ческие и температур-ные измерения	Приборы тепловизионные, тепловизоры	(-40…1100) ºС	ПГ ± 1 ºС	
92	Измерения времени и	Мониторы медицинские	Канал измерения двуокиси углерода		

1	2	3	4	5	6
	частоты		(CO_2) (0…13) % об. дол.	ПГ ± 0,4 % об. дол.	
93	Измерения электрических и магнитных величин	Клещи токоизмерительные постоянного и переменного тока цифровые	(3…1000) А 50 Гц	ПГ ± (1…4) %	
94	Оптико-физические измерения	Спектрофотометры	(340…800) нм (0,01…2,5) Б	ПГ ± 1 нм ПГ ± (0,015…2,5) %	
95	Оптико-физические измерения	Гемоглобинометры	(0,1…0,9) Б	ПГ ± 0,01 Б ПГ ± 5 %	
96	Измерительные системы и элементы измерительных систем	Измерительные системы, измерительные каналы измерительных, измерительно-информационных, измерительно-управляющих, измерительно-контрольных систем в соответствии с областью аккредитации по видам измерений	В соответствии с областью аккредитации по видам измерений	В соответствии с областью аккредитации по видам измерений	
601505, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, д. 56, каб. 1-7					
97	Измерения геометрических величин	Сита лабораторные	(0,04…2,8) мм (3…200) мм	ПГ ± (0,004…0,25) мм ПГ ± (0,1…0,8) мм	
98	Измерения геометрических величин	Ростомеры медицинские	(0…2200) мм	ПГ ± (4…5) мм	
99	Измерения геометрических величин	Весы неавтоматического действия	($1\cdot10^{-5}$...$5\cdot10^{4}$) кг	ПГ ± (0,5…3,0) е	
100	Теплофизические и температурные измерения	Измерители - регуляторы микропроцессорные	(- 200…1600) °С	ПГ± (0,25…0,5) %	
101	Измерения давления, вакуумные измерения	Преобразователи давления измерительные	ВПИ (0...0,16) МПа (0...1,6) кгс/см² ВПИ (0…1) МПа (0...10,0) кгс/см² ВПИ (0…2,5) МПа (0…25,0) кгс/см²	ПГ ± (0,25…1,0) %	

1	2	3	4	5	6

Директор ФБУ "Владимирский ЦСМ"		**Р.В. Моисеев**
должность уполномоченного лица	подпись уполномоченного лица	инициалы, фамилия уполномоченного лица